

## Zulassungsbescheid C3.01 2011 nach §5 der Heizkostenverordnung für den Heizkostenverteiler Q caloric 5 P3 / WHE 5

(Neufassung vom 20.01.1989)



Der Heizkostenverteiler mit elektrischer Energieversorgung Q caloric5 P3 / WHE 5 mit optionalem  
Funksystem AMR und WalkBy des Antragstellers

**Qundis GmbH**  
**Bahnhofstr. 8**  
**78112 St. Georgen**

wird von der Sachverständigen Stelle aufgrund einer Prüfung nach DIN EN 834 (11/94) im Sinne der  
Heizkostenverordnung als geeignet bestätigt.

Der Zulassungsbescheid gilt in Verbindung mit dem Prüfbericht C3.01 2011. Für die weitere Fertigung ist  
sicherzustellen, dass die produzierten Geräte den Prüfmustern entsprechen. Ferner ist eine sachgerechte,  
mit der Heizkostenverordnung und DIN EN 834 übereinstimmende Anwendung sicherzustellen. Die  
verwendeten Werte der Bewertungsfaktoren müssen von der Prüfstelle bestätigt sein.

Temperatureinsatzgrenzen :

Geräteausführung	Kompaktausführung	Fernfühlerausführung
Zweifühlermess- verfahren	$t_{\min} = 35 \text{ °C}$ $t_{\max} = 105 \text{ °C}$	$t_{\min} = 35 \text{ °C}$ $t_{\max} = 105 \text{ °C}$
Einfühlermess- verfahren	$t_{\min} = 55 \text{ °C}$ $t_{\max} = 105 \text{ °C}$	$t_{\min} = 55 \text{ °C}$ $t_{\max} = 105 \text{ °C}$

Kompatibilität: Der Q caloric5 P3 / WHE 5 ist durch Wahl des entsprechenden Modus kompatibel zum  
Qundis WHE 4 bzw. Qundis WHE 3

Berlin, 19.04.2011

Dr.-Ing. M. Konzmann

**WTP GmbH**

**Oranienstraße 161**  
**10969 Berlin**

☎ (030) 616 943-0  
Fax (030) 616 943-11

eMail: mailbox@wtp-berlin.de  
Internet: www.wtp-berlin.de

Bankverbindung:  
Deutsche Bank 24  
BLZ 100 700 24  
Konto 7643679

Amtsgericht Berlin -  
Charlottenburg HRB 30572  
Geschäftsführer:  
Dr.-Ing. M. Konzmann  
St.-Nr. 29/456/108  
Ust-ID DE136595288

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17025  
akkreditiertes Prüflabo-  
ratorium. Die Akkreditie-  
rung gilt für die in der  
Urkunde aufgeführten  
Prüfverfahren.

